

# 宁夏残疾人康复中心购置检验设备（一）招标采购项目 招标变更公告

2018年03月28日 16:19 来源：接口【打印】 [【显示公告概要】](#)

## 宁夏残疾人康复中心购置检验设备（一）招标采购项目招标变更 公告

各投标单位：

宁夏残疾人康复中心购置检验设备（一）招标采购项目变更公告如下：

### 一、宁夏残疾人康复中心购置检验设备（一）招标采购项目一标段采购技术参数

公布如下：

设备名称	设备型号	技术参数	数量 (台)	单价 (万元)
全自动生化分析仪		*1、仪器类型：进口原装产品，随机任选，多通道分立式可检测血清，血浆，尿液及脑脊液等。 *2、分析速度：比色法 $\geq 800$ 个测试/小时(不含ISE) 3、分析样品 3.1 样品量：1.5~35 $\mu$ l/项目 3.2 样品针：具有自动进行液面检测，智能防撞和随量技术 3.3 样品容器：多种试管和样品杯皆可使用 *3.4 进样方式：圆盘式进样 3.5 样品前稀释：有 3.6 样品位数 $\geq 100$ 4、试剂 *4.1 试剂开放情况：全开放，可同时使用4种试剂 4.2 试剂位 $\geq 85$ 个	1	

4.3 最小反应体积≥120 ul  
 4.4 试剂量：20~270 μL (1 μL 步进)  
 5、分析  
 5.1 分析方法：终点法，速率法，两点法等以及上述方法的扩展法  
 5.2 同时分析项目数≥85  
 \*5.3 反应时间 3-22 分钟设置可调  
 5.4 反应温度：控温精度 37℃±0.1℃，循环水浴方式控温  
 5.5 校正方法总数≥10  
 5.6 校准物自动稀释功能：有  
 6、急诊：急诊测定随机插入  
 7、光学系统  
 \*7.1 分光系统：蚀刻凹面光栅，光栅后分光  
 7.2 测光方式：单波长/双波长  
 \*7.3 比色杯：UV 塑料杯循环使用。  
 7.4 波长：340-800nm≥12 个波长  
 7.5 吸光度范围：0~3.2Abs  
 8、数据管理  
 8.1 操作系统：WINDOWS NT/WINDOWS 7  
 8.2 数据接口：RS232C  
 8.3 软件功能：图形界面，在线帮助程序，用户自定义参数窗，实时质控，实时反应曲线，自动质控，自动定标，用户自定义自动重测判断，用户自定义计算试验，样品和实验原始数据编辑，项目间计算检体空白修正，正常值，危险值，报警值，反应吸光度，纠正修正内部相关试验，试剂应用表，每日测试统计，功能组合测试，样品与测试的数据编辑等功能。  
 \*9. 售后服务：在当地省会城市设有售后维修服务站。

合计：135 万元

## 二、宁夏残疾人康复中心购置检验设备（一）招标采购项目二标段招标文件内采

购技术参数现变更如下：

设备名称	设备型号	技术参数	数量 (台)	单 (万)
全自动		1* 进口品牌，具有 FDA 或 CE 认证。 2 方法学，直接化学发光法	1	

3	检测样本, 血清、血浆、尿液
4	样本管, 具有多种规格原始管上样功能, 系统条形码功能
5	样本位, 在机样本位 180 个
6	急诊进样系统, 具有急诊通道, 同时常规进样的样本也可通过软件编排成急诊样本, 优先处理
7	样本整体性控制, 基于压力传感技术的探测水平感应, 样本探测和标记, 堵塞检测和标记, 泡沫样本的检测, 样本量不足的标记和管理
8	样本管理, 具有在机稀释, 自动重检, 反射检测功能
9*	检测速度, 测试速度 $\geq 240$ 测试/小时
10*	主试剂位, 具有 $\geq 30$ 个冷藏主试剂位, 试剂仓温度控制在 4-8℃
11	辅助试剂位, 具有 $\geq 25$ 个冷藏辅助试剂位, 试剂仓温度控制在 4-8℃
12	试剂完整性控制, 条形码试剂鉴别, 自动存量追踪和标记, 校准有效性追踪和标记, 试剂有效期追踪和标记
13	防交叉污染设计, 采用一次性使用的 Tip 头, 避免交叉污染
14	反应杯, 使用一次性反应杯, 节约清洗液及水, 并可避免交叉污染
15	持续运行能力, 可以 24 小时开机, 并可不停机进行各种试剂、辅助试剂、样本、耗品等物品的更换
16*	检测项目, 具有甲状腺、性腺、糖尿病、心脏标志物、贫血, 传染病等检测
17	心脏标志物检测, 肌钙蛋白采用国际推荐的 99 百分位值作为诊断临界值 (正常人群 99 百分位值的不精密度 $CV \leq 10\%$ )
18*	肿瘤标志物检测, 可进行血清 HER-2 检测并提供 SFDA 注册证
19	定标要求, 两点定标, 定标周期最长 $\geq 42$ 天
20	质控要求, 可采用第三方质控, 结果更易于评判
21	用户界面, 19 寸高分辨率触摸显示器, Window XP 操作系统
22	网络连接能力, 有单向、双向连接外部 Lis 软件或网络的能力
23	SFDA 认证情况, 仪器及试剂、相关耗品等都具有 SFDA 认证
24	产品质量及安全标准, 产品满足欧洲共同体标准; 安全得到美国和加拿大认可
25	操作及保养, 操作简便, 每天保养工作简单, 随时可以待机
26	产品质量及安全标准, 产品满足欧洲共同体标准; 安全得到美国和加拿大认可
27*	售后报务及技术支持, 设备在装机所在省份配备厂家专业工程师团队 $\geq 8$ 人, 每 12 个月提供免费的校准验证及 3 年保修服务。

合计 : 135 万元

### 三、宁夏残疾人康复中心购置检验设备 (一) 招标采购项目二标段招标文件内第

三章评标办法变更如下及评分索引根据此评标办法相应调整 :

序号	评审项目	标准分	评
1	投标报价	30 分	所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序, 除又不能证明其报价合理性的被拒绝外。实际得分为 (最低价)。
2	商务标响应情况	5 分	不能实质性满足招标文件商务条款要求的为无效标。投标人商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的,
3	技术标响应情况	45 分	满足招标文件带 “*” 技术指标参数及一般技术指标带 “*” 条款为重要技术指标、参数) ; 投标人带 “*” 技的, 每有一项减 5 分, 投标人一般技术指标参数低于招减完为止。
4	依法纳税	3 分	依法纳税、缴纳养老保险、医疗保险、有一项给 1 月份以后至今连续三个月的缴费记录。) )
5	类似业绩	6 分	投标人提供 2015 年至今医疗设备项目业绩, 一项书复印件加盖公章。)
6	售后服务及产品性能评价	11 分	投标人根据本次招标所需货物、服务、提供详细具说明书。评审将对投标人所提供的货物、服务、质量、分、良得 6-3 分、一般得 2 分;

此变更作为招标文件的补充内容。

宁夏正宏工程咨询有

限公司

2018年3月

28日